



**República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional**  
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

**Anexo ítems certificado ROECyT**

**Número:**

**Referencia:** Anexo I ítems - Certificado ROECyT

---

**Anexo Items I**

Aduana: Ezeisa

Domicilio destino: Esquíú N° 799

Localidad: Capital-Catamarca

Título de Proyecto: Proyecto de Modernización de Equipamiento Científico Técnico

Origen fondos:: MINCyT

**Detalle**

Item N°: 1

Cantidad: 1

Unidad de medida: G-GRAMO

**Producto**

1-Unidad de digestión en bloque con placa de aluminio con un control preciso de la temperatura. Regulación exacta de la temperatura y del tiempo. Digestor según método Kjeldahl 2-Sistema de destilación automatizada para el análisis de nitrógeno en diversos tipos de muestras. 3-Sistema de extracción de gases ácidos para la unidad de digestión.

**Descripción**

Item1:N.ºdeparte:12-0704-KJELDATHERM unidad de digestion de bloque secoc-/elevador automatico (8tubos). -Calentamiento mediante una placa calefactora de aluminio con un control precise de la temperatura. -Regulador extraible p/manejar el aparato fuera del sistema de extracción de aire. -Proteccion contra sobre calentamiento y disyuntor de sobre corriente. Item2:NºPARTE:12-0057-TURBOSOG-scrubberunitTUR/Kwithpreparator230VAC50Hz. Item3:N.0PARTE:12-0520-VAPODEST200,230VAC50-60Hz.

-Sistema de destilacion automatica p/ analisis de nitrogeno en diversos tipos de muestras. -Pantalla Multi Touch sensitive de 7 pulgadas.-Adicion programable de H<sub>2</sub>O y NaOH-Selection de lenguaje. -Flujo de vapor programable. -Alarma de errores visual y acustica-Conexiones externas p/teclado y mouse-Puerta de proteccion transparente -Generador de vapor automatico con proteccion multiple-3 conectores USB;1 conector Ethernet,1 conector RS-232.

Nomenclador (posicion arancelaria): 12-0704 84198998

Pais de origen de la mercadería: Rep. Fed de Alemania

Rubro: De laboratorio

Moneda: Euro

Valor FOB: 15207

Valor CIF:

¿Requiere prórroga para éste item? (Si requiere prórroga para éste Item, adjuntar el Certificado anterior).: