



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

Anexo ítems certificado ROECyT

Número:

Referencia: Anexo I items - Certificado ROECyT

Anexo Items I

Aduana: EZEIZA

Domicilio destino: AV BUSTILLO 9500KM

Localidad: SAN CARLOS DE BARILOCHE

Título de Proyecto: Separación isotópica de litio para usos en tecnología nuclear de alto valor agregado

Origen fondos:: Propios

Detalle

Item N°: 1

Cantidad: 1

Unidad de medida: U -UNIDAD

Producto

GSD 350 O1, sistema de análisis de gases OmniStar 1-100 u, 100-240 V, 50/60 Hz con capilar de acero inoxidable Parte N°: PTQ80 117 110

Descripción

Espectrómetro de masas de mesa para análisis de gases a presión atmosférica (1000 hPa) -Rango de masas: 1-100 u - Sistema de entrada de gas de dos etapas con válvulas accionadas electromagnéticamente - Bajo consumo de gas de 1-2 sccm - Temperatura de funcionamiento: Capilar, hasta: 200 °C - Conexión de gas: Capilar de acero inoxidable - Conexión de gas: longitud: 1 m - Alimentación: 100-240 V CA - Interfaces:Ethernet; Salida: Analógica: 4x, 0-10 V / 16 Bit; Salida: Digital: 7x, 24 V; Entrada: Analógica: 5x, ± 10 V / 16 Bit; Entrada: Digital: 4x, 24 V - Detector: Faraday/EM - Filamento: Iridio, recubierto de Y2O3 - Cámara de vacío con manómetro de presión total y calefacción - Bomba turbo SplitFlow y bomba de diafragma sin aceite Software PV

MassSpec, para Windows 10, 8.1 y 7 para medición, almacenamiento y visualización de datos de medición - Límite de detección bajo (<100 ppb), incluso para gases condensables - Unidad de análisis fácil de operar con pantalla táctil de 7" o interfaz de usuario web - Dispositivo compacto y portátil (aprox. 25 kg de peso total) - Tiempo de medición rápido (hasta 1 ms/u de tiempo de permanencia) - Dispositivo de calibración para ajuste de escala de masa con PFTBA

Nomenclador (posición arancelaria): 9027.80.20.000G

País de origen de la mercadería: Rep. Fed de Alemania

Rubro: De laboratorio

Moneda: Euro

Valor FOB: 50.180

Valor CIF: 52.433,78

¿Requiere prórroga para este ítem? (Si requiere prórroga para este ítem, adjuntar el Certificado anterior).: Si